



**ФЕДЕРАЛЬНАЯ СЛУЖБА ПО НАДЗОРУ
В СФЕРЕ ЗАЩИТЫ ПРАВ ПОТРЕБИТЕЛЕЙ И БЛАГОПОЛУЧИЯ ЧЕЛОВЕКА**

Управление Федеральной службы по надзору в сфере защиты прав потребителей и благополучия человека по Приморскому краю

(наименование территориального органа)

САНИТАРНО-ЭПИДЕМИОЛОГИЧЕСКОЕ ЗАКЛЮЧЕНИЕ

№ 25.ПЦ.01.000.М.001040.10.20 от 02.10.2020 г.

Настоящим санитарно-эпидемиологическим заключением удостоверяется, что производство (заявленный вид деятельности, работы, услуги) (перечислить виды деятельности (работ, услуг), для производства — виды выпускаемой продукции; наименование объекта, фактический адрес):
Условия работы с источниками физических факторов воздействия на человека (ионизирующее излучение) согласно приложению.

Общество с ограниченной ответственностью "Джордж Стоматология", Примоский край, г. Уссурийск, ул. Маяковского, д.100 (Российская Федерация)

Заявитель (наименование организации-заявителя, юридический адрес)

Общество с ограниченной ответственностью "Джордж Стоматология", 692525, Примоский край, г. Уссурийск, ул. Маяковского, д.100. (Российская Федерация)

СООТВЕТСТВУЕТ ~~НЕ СООТВЕТСТВУЕТ~~ государственным санитарно-эпидемиологическим правилам и нормативам (ненужное зачеркнуть, указать полное наименование санитарных правил)

СанПиН 2.6.1.1192-03 "Гигиенические требования к устройству и эксплуатации рентгеновских кабинетов, аппаратов и проведению рентгенологических исследований", СанПиН 2.1.3.2630-10 "Санитарно-эпидемиологические требования к организациям, осуществляющим медицинскую деятельность", СП 2.6.1.2612-10 "Основные санитарные правила обеспечения радиационной безопасности (ОСПОРБ-99/2010)".

Основанием для признания условий производства (вида деятельности, работ, услуг) соответствующими (не соответствующими) государственным санитарно-эпидемиологическим правилам и нормативам являются (перечислить рассмотренные документы):

Экспертное заключение № 216/6-М от 15.05.2020 г. ФБУЗ "Центр гигиены и эпидемиологии в Приморском крае".



Заключение действительно до 03.10.2025 г.

Главный государственный санитарный врач
(заместитель главного государственного санитарного врача)



№ 3211259



**ФЕДЕРАЛЬНАЯ СЛУЖБА ПО НАДЗОРУ
В СФЕРЕ ЗАЩИТЫ ПРАВ ПОТРЕБИТЕЛЕЙ И БЛАГОПОЛУЧИЯ ЧЕЛОВЕКА**

Управление Федеральной службы по надзору в сфере защиты прав потребителей и благополучия человека по Приморскому краю

(наименование территориального органа)

**ПРИЛОЖЕНИЕ
К САНИТАРНО-ЭПИДЕМИОЛОГИЧЕСКОМУ ЗАКЛЮЧЕНИЮ**

№ 25.ПЦ.01.000.М.001040.10.20 от 02.10.2020 г.

Условия работы с источниками физических факторов воздействия на человека (ионизирующее излучение).

Вид и характеристика источников ионизирующего излучения (ИИИ):

Генерирующие ИИИ:

1. Аппарат рентгеновский стоматологический диагностический модель "CS2200" (Kodak-Trophy TRX 708) с цифровым приемником изображения, зав. № SKY0374, год выпуска 2014, год ввода в эксплуатацию 2020. Изготовитель: "Carestream Health, Inc. (Kodak-Trophy)", США/Франция.

Режим работы рентгеновской трубки: напряжение 60-70 кВ, сила тока 7 мА.

Вид и характер работ: эксплуатация и хранение.

Место проведения работ: рентгенкабинет ООО "Джордж Стоматология", г. Уссурийск, ул. Маяковского, д. 100.

2. Установка стоматологическая панорамная рентгеновская томографическая "Veraviewerocs" модель 3D, зав. № ZG2001, год выпуска 2011, год ввода в эксплуатацию 2020. Изготовитель: "J.MORITA MFG. CORP.", Япония.

Режим работы рентгеновской трубки: напряжение 70-90 кВ, сила тока 10 мА.

Вид и характер работ: эксплуатация и хранение.

Место проведения работ: рентгеновский кабинет ООО "Джордж Стоматология", г. Уссурийск, ул. Маяковского, д. 100.

Ограничительные условия: не допускается использование рентгенаппаратов и кабинета не по назначению и проведение работ не указанных в санитарно-эпидемиологическом заключении.



Главный государственный санитарный врач
(заместитель главного государственного санитарного врача)

