



ФЕДЕРАЛЬНАЯ СЛУЖБА ПО НАДЗОРУ  
В СФЕРЕ ЗАЩИТЫ ПРАВ ПОТРЕБИТЕЛЕЙ И БЛАГОПОЛУЧИЯ ЧЕЛОВЕКА

Управление Федеральной службы по надзору в сфере защиты прав потребителей и благополучия человека по Приморскому краю

(наименование территориального органа)

САНИТАРНО-ЭПИДЕМИОЛОГИЧЕСКОЕ ЗАКЛЮЧЕНИЕ

№ 25.ПЦ.01.000.М.000149.03.21 от 19.03.2021 г.

Настоящим санитарно-эпидемиологическим заключением удостоверяется, что производство (заявленный вид деятельности, работы, услуги) (перечислить виды деятельности (работ, услуг), для производства — виды выпускаемой продукции; наименование объекта, фактический адрес):

Условия работы с источниками физических факторов воздействия на человека (ионизирующее излучение) согласно приложению. Рентгенологический кабинет.

ООО "ДДГ на Красного Знамени 84". Приморский край, г. Владивосток, проспект Красного Знамени, д. 84 (Российская Федерация)

Заявитель (наименование организации-заявителя, юридический адрес)

Общество с ограниченной ответственностью "ДДГ на Красного Знамени 84". 690014, Приморский край, город Владивосток, проспект Красного Знамени, дом 84 (Российская Федерация)

СООТВЕТСТВУЕТ (НЕ СООТВЕТСТВУЕТ) государственным санитарно-эпидемиологическим правилам и нормативам (ненужное зачеркнуть, указать полное наименование санитарных правил)

СанПиН 2.6.1.2523-09 "Нормы радиационной безопасности (НРБ-99/2009)", СП 2.6.1.2612-10 "Основные санитарные правила обеспечения радиационной безопасности (ОСПОРБ-99/2010)", СанПиН 2.6.1.1192-03 "Гигиенические требования к устройству и эксплуатации рентгеновских кабинетов, аппаратов и проведению рентгенологических исследований".

Основанием для признания условий производства (вида деятельности, работ, услуг) соответствующими (не соответствующими) государственным санитарно-эпидемиологическим правилам и нормативам являются (перечислить рассмотренные документы):

Экспертное заключение № 30/6-М от 12.02.2021 г. ФБУЗ "Центр гигиены и эпидемиологии в Приморском крае".

Заключение действительно до 20.03.2026 г.

Главный государственный санитарный врач  
(заместитель главного государственного санитарн



№ 3211448



Номер листа: 1

**ФЕДЕРАЛЬНАЯ СЛУЖБА ПО НАДЗОРУ  
В СФЕРЕ ЗАЩИТЫ ПРАВ ПОТРЕБИТЕЛЕЙ И БЛАГОПОЛУЧИЯ ЧЕЛОВЕКА**

Управление Федеральной службы по надзору в сфере защиты прав потребителей и благополучия человека по Приморскому краю

(наименование территориального органа)

**ПРИЛОЖЕНИЕ  
К САНИТАРНО-ЭПИДЕМИОЛОГИЧЕСКОМУ ЗАКЛЮЧЕНИЮ**

№ 25.ПЦ.01.000.М.000149.03.21 от 19.03.2021 г.

Условия работы с источниками физических факторов воздействия на человека (ионизирующее излучение).

Вид и характеристика источника ионизирующего излучения (ИИИ):

Генерирующий ИИИ:

1. Аппарат рентгеновский стоматологический диагностический модель «CS 2200», зав. № GGYQ025, год выпуска 2018, год ввода в эксплуатацию 2020. Изготовитель «Carestream Health, Inc», США. Режим работы: напряжение 60-70 кВ, сила тока 7,0 мА, с радиовизиографом.

Вид и характер работ: эксплуатация и хранение.

Место проведения работ: рентгенологический кабинет ООО "ДДГ на Красного Знамени 84".

Ограничительные условия: не допускается использование рентгеновского аппарата и кабинета не по назначению и проведение работ не указанных в санитарно-эпидемиологическом заключении.



Главный государственный санитарный врач  
(заместитель главного государственного санитарного врача)

