



**ФЕДЕРАЛЬНАЯ СЛУЖБА ПО НАДЗОРУ
В СФЕРЕ ЗАЩИТЫ ПРАВ ПОТРЕБИТЕЛЕЙ И БЛАГОПОЛУЧИЯ ЧЕЛОВЕКА**

Управление Федеральной службы по надзору в сфере защиты прав потребителей и благополучия человека по Приморскому краю

(наименование территориального органа)

САНИТАРНО-ЭПИДЕМИОЛОГИЧЕСКОЕ ЗАКЛЮЧЕНИЕ

№ 25.ПЦ.01.000.М.000425.05.16 от 05.05.2016 г.

Настоящим санитарно-эпидемиологическим заключением удостоверяется, что производство (заявленный вид деятельности, работы, услуги) (перечислить виды деятельности (работ, услуг), для производства — виды выпускаемой продукции; наименование объекта, фактический адрес):

Условия работы с источниками физических факторов воздействия на человека (ионизирующее излучение) согласно приложению. Рентгеновский кабинет.

Общество с ограниченной ответственностью "ДДГ на Океанском 41". 690091, Приморский край, г. Владивосток, Океанский проспект, 41 (Российская Федерация)

Заявитель (наименование организации-заявителя, юридический адрес)

Общество с ограниченной ответственностью "ДДГ на Океанском 41". 690091, Приморский край, г. Владивосток, ул. Адмирала Фокина, 29 (Российская Федерация)

СООТВЕТСТВУЕТ (не ~~соответствует~~) государственным санитарно-эпидемиологическим правилам и нормативам (ненужное зачеркнуть, указать полное наименование санитарных правил)

СанПиН 2.6.1.2523-09 "Нормы радиационной безопасности (НРБ-99/2009), СП 2.6.1.2612-10 "Основные санитарные правила обеспечения радиационной безопасности (ОСПОРБ- 99/2010)", СанПиН 2.6.1.1192-03 "Гигиенические требования к устройству и эксплуатации рентгеновских кабинетов, аппаратов и проведению рентгенологических исследований", СанПиН 2.1.3.2630-10 "Санитарно-эпидемиологические требования к организациям, осуществляющим медицинскую деятельность".

Основанием для признания условий производства (вида деятельности, работ, услуг) соответствующими (не соответствующими) государственным санитарно-эпидемиологическим правилам и нормативам являются (перечислить рассмотренные документы):

Экспертное заключение №194/6-М от 15.04.2016г. ФБУЗ "Центр гигиены и эпидемиологии в Приморском крае".



Заключение действительно до **06.05.2021** г.

Главный государственный санитарный врач
(заместитель главного государственного санитарного врача)



Маслов Д.В.

№ **2661384**



**ФЕДЕРАЛЬНАЯ СЛУЖБА ПО НАДЗОРУ
В СФЕРЕ ЗАЩИТЫ ПРАВ ПОТРЕБИТЕЛЕЙ И БЛАГОПОЛУЧИЯ ЧЕЛОВЕКА**

Управление Федеральной службы по надзору в сфере защиты прав потребителей и благополучия человека по Приморскому краю

(наименование территориального органа)

**ПРИЛОЖЕНИЕ
К САНИТАРНО-ЭПИДЕМИОЛОГИЧЕСКОМУ ЗАКЛЮЧЕНИЮ**

№ 25.ПЦ.01.000.М.000425.05.16 от 05.05.2016 г.
Условия работы с источниками физических факторов воздействия на человека (ионизирующее излучение)

Вид и характеристика источника ионизирующего излучения (ИИИ):

Генерирующие ИИИ:

1. Аппарат рентгеновский стоматологический диагностический с принадлежностями "Kodak CS 2200 Carestream", зав. № САУ 0236, год выпуска 2014, год ввода в эксплуатацию 2016. Изготовитель: "Кэарстрим Хелс, Инк", США. Режим работы рентгеновской трубки: напряжение 60-70 кВ, сила тока 1-7 мА.
2. Рентгеновская панорамная стоматологическая установка "Veraview IC-5 XDPI-F", зав. № DC 317, год выпуска 2012, год ввода в эксплуатацию 2016. Изготовитель: "J.Morita MFG. Corp", Япония. Режим работы рентгеновской трубки: напряжение 60-70 кВ, сила тока 1-7,5 мА.
3. Томограф стоматологический для получения трехмерных цифровых рентгеновских изображений "3D Accutomo XYZ Slice View Tomograph (МСТ)-1", зав. № 065303, год выпуска 2015, год ввода в эксплуатацию 2016. Изготовитель: "J.Morita MFG. Corp", Япония, Германия. Режим работы рентгеновской трубки: напряжение 60-90 кВ, сила тока 1-10 мА.

Вид и характер работ: эксплуатация и хранение.

Место проведения работ: рентгеновский кабинет ООО "ДДГ на Океанском 41", г. Владивосток, Океанский проспект, 41.

Ограничительные условия: не допускается использование рентгеновских аппаратов и кабинета не по назначению и проведение работ не указанных в санитарно-эпидемиологическом заключении.



Главный государственный санитарный врач
(заместитель главного государственного санитарного врача)

